



CERTIFIED SAMPLES

GIBITRE INSTRUMENTS POSKYTUJE CERTIFIKOVANÉ VZORKY PRO OVĚŘENÍ TVRDOSTI SHORE A IRHD.



Certifikované vzorky pro pravidelné ověřování shody měření prováděných vašimi tvrdoměry.

Přehled

Vzorky jsou k dispozici pro stupnice tvrdosti Shore A, Shore D, Shore M, IRHD-N a IRHD-Micro. Certifikované vzorky jsou rychlým a účinným nástrojem pro systematické ověřování shody měření v období mezi dvěma kalibracemi.

Charakteristika produktu

Available Scales: Shore: A, D, M; IRHD: M, N

Shape of the samples: The shape of the samples has been developed to permit easy handling without heat transmission to the test area

Protection Box: The wooden box ensures protection against light and temperature variations

Sample identification: The samples have unique identification code to permit

Tvrdost elastomerových výrobků je silně ovlivněna teplotou. Z tohoto důvodu mají vzorky vyráběné společností Gibitre tvar, který umožňuje snadnou manipulaci bez přenosu tepla z ruky na testovanou oblast.

Vzorky jsou dodávány s kalibračním certifikátem s možností výsledovatelnosti k certifikovanému tvrdoměru použitému pro měření.

Vzorky jsou dodávány s izolovaným ochranným pouzdem, které umožňuje ochranu vzorků před teplotními výkyvy a světlem.

Dostupné konfigurace

- Kompletní krabička obsahující 5 vzorků s různou tvrdostí v rámci vybrané stupnice tvrdosti (přibližně 40 - 50 - 60 - 80 - 90)
- Krabička obsahující jeden vzorek s jednou z dostupných tvrdostí

the traceability of the calibration

Calibration Report: The calibration report is issued by Gibitre Instruments and includes the traceability to the officially-calibrated hardness tester used for the measures

Calibration uncertainty: ± 2 Hardness Points

Suggested re-calibration : 12 months

